

ДОГОВОР  
№ 656.....19.12.2018..

Днес, 19.12.2018., в гр. Бургас, между:

1./ Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас 8010 , бул. “Проф. Якимов” №1, ЕИК 000044541, представляван от проф. д-р Магдалена Миткова, ректор, наречен по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и  
и  
2./ „Софарма трейдинг“ АД, ЕИК: 103267194, със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12, e-mail: office@sopharmatrading.bg, представлявано от инж. Михаела Янева Караманолова, в качеството ѝ на Директор на „Медицинска апаратура и оборудване“ и пълномощник, съгласно пълномощно № 1180 от 02.03.2018 г. на Любка Сотирова –Нотариус, рег. № 400 на Нотариалната камара, наречен по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,  
на основание 112, ал. 1 от ЗОП, във връзка с Решение № РД- 257/ 15.11.2018 г. на Ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване, учебни пособия и медицинско обзавеждане, разпределени в 4 обособени позиции“, обособена позиция № 3 „Лабораторни обучителни пособия и оборудване“, се сключи настоящия договор за следното:

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Член 1. Предмет**

(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави и прехвърли собствеността на Възложителя на обучителни пособия и обучителни симулатори, съгласно Техническата спецификация на Възложителя (Приложение №1) и детайлно описана в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения №2 и №3), неразделна част от Договора („Апаратура/пособие“) срещу задължението на Възложителя да я приеме и да заплати договорената цена съгласно условията, посочени по-долу.

(1.2) Освен доставката по алинея 1.1 предметът на Договора включва и изпълнението на следните дейности:

- i) доставка на апаратурата/пособията до мястото на доставка, посочено в настоящия Договор;
- ii) монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената апаратура/пособие;
- iii) обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената апаратура/пособие;
- iv) гаранционно обслужване на доставената апаратура/пособие и доставка на необходимите части и материали, в рамките на гаранционния срок, считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея 5.1.2.

(1.3) Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите по алинея 1.1 и алинея 1.2 в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и ценовото предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия Договор, в сроковете по настоящия Договор.

(1.4) Дейностите по алинея 1.1 и алинея 1.2 ще бъдат възложени за изпълнение при наличие на осигурено финансиране.

**II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

**Член 2. Цена**

(2.1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя обща цена в размер на 309989.10 /словом: триста и девет хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и десет ст./ лева без ДДС и 371986.90 / словом: триста седемдесет и една хиляди

деветстотин осемдесет и шест лева и деветдесет ст./ лева с включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение (Приложение №3), неразделна част от настоящия Договор.

(2.2) Посочената цена е крайна и включва всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като не само: разходите за транспортиране и доставка на апаратура до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, обучение на специалисти, доставка на цялата техническа и сервизна документация, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване в срока на гаранцията за труд, резервни части и консумативи, както и разходи за отстраняване за сметка на и от Изпълнителя на всички технически неизправности, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

(2.3) Посочените в настоящия Договор цени са крайни и остават непроменени за срока на действието му.

### Член 3. Начин на плащане

(3.1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

Банка: .....

IBAN: .....

BIC: .....

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

(3.2) Плащането на цената по алинея 2.1 по настоящия Договор се извършва, както следва:

#### ПРИЛОЖИМО ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ №2 И №3

- i) Възложителят заплаща авансово 35 % (тридесет и пет процента) от цената по алинея (2.1) в срок от 20 (двадесет) работни дни от подписване на настоящия Договор.
- ii) Възложителят заплаща остатъчната сума от цената по алинея 2.1 на 12 /дванадесет/ равни месечни вноски. Месечните вноски се заплащат до 30-то число на съответния месец.

#### ПРИЛОЖИМО ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ №1 И №4

- i) Възложителят заплаща цената по алинея 2.1 в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след пускането в експлоатация на апаратурата, представяне на приемо- предавателен протокол и фактура.

(3.3) Плащането по алинея 3.2 се извършва след представяне на следните подписани документи кумулативно:

- ii) Приемо-предавателен протокол за доставка на апаратурата/пособието с всички окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на доставка;
- ✓) Протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратурата/пособието, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратурата/пособието;
- ) Протокол за извършено обучение на персонала, посочен от Възложителя за работа с апаратурата/пособието;
- ) Фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или упълномощено от него лице, съдържаща всички законови реквизити;

### III. СРОКОВЕ, МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА, ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

#### Член 4. Срокове и място на доставка

- (4.1) Настоящият Договор влиза в сила от ..... [посочва се датата/момента на влизане в сила] и е с продължителност 18 /словом: осемнадесет/ месеца.  
Срокът на настоящия Договор изтича след изтичането на срока на гаранцията на апаратура/пособието, предмет на Договора.
- (4.2) Срокът за доставката на Апаратурата/пособието е 60 (словом: шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на настоящия договор.
- (4.3) Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на Апаратурата/пособието е 5 (словом: пет) календарни дни, считано от датата на доставка на Апаратурата/пособието, отбелязана в Приемо-предавателния протокол по алинея (3.3), точка (i).
- (4.4) Срокът за обучение на специалисти, посочени от Възложителя за работа с Апаратурата/пособието е ..... (словом:.....) календарни дни, считано от датата на доставка на Апаратурата/пособието, отбелязана в Приемо-предавателния протокол по алинея (3.3), точка (i).
- (4.5) Гаранционният срок на Апаратурата/пособието е 12 (словом: дванадесет) месеца, считано от въвеждане в експлоатация на Апаратурата/пособието.
- (4.6) Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционно обслужване на доставената Медицинска апаратура, в рамките на гаранционния срок по предходната алинея (4.5)
- (4.7) Мястото на доставка на Апаратурата/пособието е в гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов“ № 1.

#### Член 5. Условия на доставка

##### (5.1) Доставка

- (5.1.1) Изпълнителят се задължава да достави до мястото на доставка и в съответния срок на доставка, съответно да прехвърли собствеността и предаде на Възложителя Апаратурата/пособието, предмет на доставка, отговаряща на техническите стандарти и изисквания и окомплектована с инструкция за експлоатация на български език, сертификати, разрешения и инструкции и препоръки за съхранение и експлоатация, както и с други документи и аксесоари, изискващи се съгласно Техническата спецификация на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя.
- (5.1.2) Изпълнителят предава апаратурата/пособието на упълномощен представител на Възложителя. За съответствието на доставената апаратура/пособие и приемането ѝ по вид, количество, компоненти, окомплектовка се подписва приемо-предавателен протокол, от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на „Несъответствия“ (недостатъци, дефекти, повреди, липси и/или несъответствия на доставената Медицинска апаратура и/или придружаващата я документация и аксесоари с изискванията на настоящия Договор, както и с техническите характеристики и с изискванията, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя), наличие на окомплектовка на доставката и представяне на документите, изискващи се съгласно алинея (5.1.1). Приемо-предавателният протокол съдържа основанията за съставянето му (номер на договора), сериен номер [сериен номер или други идентифициращи апаратурата данни], предмет на доставка.
- (5.1.3) Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 3 (три) дни предварително за конкретните дати и час, на които ще се извърши доставката. При предаването на Апаратурата/пособието, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата време да я прегледа за явни Несъответствия, като същото не може да надвишава 3 (три) дни.

(5.1.4) При констатиране на явни Несъответствия, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, Страните подписват **констативен протокол**, в който се описват констатираните Несъответствия, и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката. В случай че Несъответствията са съществени и не бъдат отстранени в рамките на дадения от Възложителя срок, или при забавяне на доставката на Апаратурата/пособието с повече от 7 (*три*) дни, Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, както и да получи обратно всички платени авансово от Възложителя суми, с изключение на авансово платените суми за продуктите, които са доставени от Изпълнителя и приети от Възложителя.

(5.1.5) Подписването на приемо-предавателния протокол без забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на "скрити Несъответствия", които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на Апаратурата/пособието. Приемането на доставката на Апаратурата/пособието с Приемо-предавателния протокол няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок Несъответствия.

(5.1.6) Възложителят се задължава да уведоми писмено Изпълнителя за всички скрити Несъответствия, които не е могъл да узнае при приемането на доставката в срок до 3 (*три*) дни от узнаването им, но не по-късно от изтичане на гаранционния срок.

(5.1.7) При наличие на явни Несъответствия посочени в констативния протокол по алинея (5.1.4) и/или при наличие на скрити Несъответствия, констатирани от Възложителя и съобщени на Изпълнителя по реда на алинея (5.1.6): (i) Изпълнителят заменя доставената Медицинска апаратура или съответния компонент със съответстващи с изискванията на настоящия Договор в срока посочен съответно в констативния протокол и/или в разумен срок след получаване на уведомлението по алинея (5.1.6), който не може да бъде по-дълъг от 7 (седем) дни; или (ii) цената по Договора се намалява съответно с цената на несъответстващите компоненти или с разходите за отстраняване на Несъответствията, ако това не води до промяна в предмета на поръчката и запазването на тези компоненти, позволява нормалната експлоатация на Апаратурата/пособието.

(5.1.8) В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по алинея (5.1.4), Възложителят не дължи заплащане на цената по алинея 3.2 преди отстраняването им и изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.

## **(5.2) Монтаж**

(5.2.1) Изпълнителят е длъжен да приключи изпълнението на всички дейности, свързани с монтажа (инсталацията) и въвеждане в експлоатация на доставената апаратура/оборудване, в срок от 5 (словом: пет) календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2), съответно алинея (5.1.4).

(5.2.2) За извършения монтаж и въвеждане на Апаратурата/пособието в експлоатация Страните, или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол. Възложителят има право да откаже да подпише протокола по настоящия алинея (5.2.2) до окончателното въвеждане на Апаратурата/пособието в експлоатация в степен позволяваща незабавната и безпрепятствена употреба.

## **(5.3) Обучение на персонала**

(5.3.1) В случай че Изпълнителят има определени изисквания към квалификацията и образованието на специалистите, които ще бъдат обучавани, той е длъжен да уведоми за това Възложителя, писмено, в срок от 3 (*три*) дни от подписване на настоящия Договор. Възложителят предоставя на Изпълнителя списък на лицата, които следва да бъдат обучени за работа с Апаратурата/пособието в срок от 3 (*три*) дни от получаване на изискванията на Изпълнителя или изтичане на срока по предходното изречение.

(5.3.2) Изпълнителят е длъжен да приключи обучението на специалистите на Възложителя в от ..... (словом.....) работни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния

протокол по алинея (5.1.2), съответно алинея (5.1.4). Изпълнителят е длъжен да осигури достатъчен брой обучаващи, както и присъствието им на мястото на доставка и инсталиране на Апаратурата/пособието, като времето и графикът на обучение се съгласуват писмено между Страните.

(5.3.3) За извършеното обучение Страните, или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол. Изпълнителят не носи отговорност за забавяне на обучението поради отсъствие на специалистите на Възложителя по време на периода на обучението, при условие, че е уведомил писмено Възложителя за такова отсъствие.

(5.3.4) Замяна на специалисти, подлежащи на обучение е допустима в срок до 1 /един/ ден преди обучението и не повече от 3 пъти.

#### **Член 6.**

Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя по реда и при условията на настоящия Договор, приложими към Изпълнителя.

#### **Член 7. Преминаване на собствеността и риска**

Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на Апаратурата/пособието, предмет на доставка преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на подписване на Протокола за монтаж и въвеждане на Апаратурата/пособието в експлоатация съгласно алинея (5.2.2).

### **IV.**

## **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

#### **Член 8. Права и задължения на Изпълнителя**

(8.1) Изпълнителят се задължава да достави, инсталира и въведе в експлоатация Апаратурата/пособието, предмет на настоящия Договор, отговаряща на техническите параметри, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя, окомплектована съгласно изискванията на алинея (5.1.1) и придружена със съответните документи, както и да прехвърли собствеността върху нея на Възложителя в договорените срокове и съгласно условията на настоящия Договор.

(8.2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

(8.3) Изпълнителят се задължава да извършва гаранционно обслужване на Апаратурата/пособието в рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на този Договор, съответно при условията на гаранцията.

(8.4) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения на доставената Медицинска апаратура проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на повреди, дефекти или недостатъци, както и при извършване на гаранционното обслужване да влага само оригинални резервни части и материали.

(8.5) Изпълнителят се задължава да спазва правилата за вътрешния ред, както и хигиенните изисквания и изисквания за безопасност в помещенията на Изпълнителя и да изпълнява задълженията си по Договора без да пречи на нормалното протичане на работата на Възложителя.

(8.6) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.

(8.7) Изпълнителят се задължава да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия Договор за период от 5 (пет) години след датата на приключване и отчитане на програмата.

(8.8) Изпълнителят се задължава да предостави възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България и външните одитори да извършват проверки на място на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до ..... (.....) години след приключването на Оперативната програма.

(8.9) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 (седем) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

(8.10) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора и на необходимия достъп до помещенията на Възложителя, в които ще се монтира Апаратурата/пособието.

(8.11) Изпълнителят се задължава да извърши обучение на медицинския персонал, на Възложителя в уговорените срокове и график и съгласно договорените условия.

(8.12) Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички повреди нанесени на имуществото на Възложителя, както и да обезщети всяко трето лице, на което са нанесени вреди по време на и във връзка с монтажа/инсталацията и въвеждането на Апаратурата/пособието в експлоатация.

#### **Член 9. Права и задължения на Възложителя**

(9.1) При добросъвестно и точно изпълнение на Договора, Възложителят се задължава да заплати общата цена по алинея (2.1) от този Договор, съгласно условията и по начина, посочен в него.

(9.2) Възложителят се задължава да приеме доставката на Апаратурата/пособието, предмет на Договора по реда на алинея (5.1.2) и следващите, ако отговаря на договорените изисквания, в срок до ..... (словом .....) дни след писменото му уведомяване както и да осигури достъп до помещенията си и необходимите условия за монтажа и въвеждането ѝ в експлоатация.

(9.3) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на Апаратурата/пособието на посочения в алинея (4.7) от Договора адрес, в срок и без отклонения от договорените изисквания.

(9.4) Възложителят се задължава да съдейства при провеждане на обучението на своите специалисти, като осигурява присъствието им в договореното време.

(9.5) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора.



(9.6) Възложителят има право на рекламация по отношение на доставената по Договора Медицинска апаратура, както по отношение на монтажа и инсталацията ѝ при условията посочени в настоящия Договор и съгласно гаранционните ѝ условия.

(9.7) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстваща с Техническите спецификации и/или дефектна Медицинска апаратура и/или нейни компоненти, както и отстраняване на недостатъците, по реда и в сроковете, определени настоящия Договор.

(9.8) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, както и да заплати изцяло или частично цената по Договора, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора.

(9.9) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

(9.10) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

## V. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

### Член 10.

#### (10.1) Гаранционна отговорност

(10.1.1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на Апаратурата/пособнието съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, Техническата спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност.

(10.1.2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички Несъответствия на Апаратурата/пособнието, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя.

(10.1.3) Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да изпрати свои квалифицирани представители на място за констатиране и идентифициране на повредата в срок от 1 (един) ден, от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. При визитата на сервизния екип на Изпълнителя се съставя констативен протокол за извършеното техническо обслужване, вида на повредата, работите и срокът необходими за отстраняването ѝ в два еднообразни екземпляра.

(10.1.4) Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда в срок от 3 (три) или по-кратък, считано от датата на констатирането на повредата. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок от 3 (три), Изпълнителят осигурява на Възложителя обратна апаратура, която се задължава да монтира и въведе в експлоатация, от същия или подобен клас до пълното отстраняване на дефекта/повредата, като гаранционният срок на Апаратурата/пособнието, в процес на поправяне, се удължава със срока през който е траело отстраняването на повредата.

## VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

### Член 11. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите

#### (11.1) Видове и размер на гаранциите

(11.1.1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 2 % (два процента) от стойността на Договора по алинея (2.1) за обособената позиция или сумата от 6199.78 /словом: шест хиляди сто деветдесет и девет лева и седемдесет и осем ст./;

(11.1.2) Изпълнителят представя документи за внесени гаранции за изпълнение на Договора към датата на сключването му.

### (11.2) Форма на гаранциите

(11.2.1) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните:

- (i) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;
- (ii) банкова гаранция; или
- (iii) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

### **Член 12. Изисквания по отношение на гаранциите**

(12.1) Когато гаранцията се представя във вид на **парична сума**, то тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя:

IBAN BG94STSA93003300290023;

BIC: STSABGSF;

банка: ДСК;

град/клон/офис: Бургас;

титуляр на сметката : Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;

(12.2) Когато Изпълнителят представя **банкова гаранция** се представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението със срок на валидност, срока на действие на Договора, плюс 30 (*тридесет*) дни за гаранцията за изпълнение.

(12.2.1) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

(12.2.2) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

(12.3) **Застраховката**, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (*тридесет*) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, съответно при неусвояване или невръщане на авансовото плащане и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

### **Член 13. Задържане и освобождаване на гаранциите**

(13.1) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора при условия, както следва:

(13.1.1) частично освобождаване в размер на 1 % (*един процент*) от стойността на Договора в размер на 3099.89 (словом: три хиляди деветдесет и девет лева и осемдесет и девет ст.) лева, в срок от 7 (*седм*) дни, след приемане на доставката на Апаратурата/пособието и подписване на Приемопредавателния протокол по алинея (5.1.2) съответно по алинея (5.1.4) без забележки и след монтаж и въвеждане в експлоатация на Апаратурата/пособието и подписване на протокола по алинея (5.2.2), при липса на възражения по изпълнението и при условие, че сумите по гаранциите не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им

(13.1.2) окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва в срок от 30 (*тридесет*) дни, след изтичане на гаранционния срок на Апаратурата/пособието, посочен в алинея (4.5) от настоящия Договор при условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по Договора и сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им.

(13.2) Ако Изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение на Договора, преди частичното ѝ освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в остатъчния изискуем по Договора размер на гаранцията след приспадане на сумата по алинея (13.1.1).



(13.3) Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по банков път, Възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на алинея (13.1).

(13.4) Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата под която са предоставени.

(13.5) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранциите.

(13.6) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.

(13.7) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

(13.8) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен в срок до 5 (*пет*) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в алинея (11.1), като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да дозастрахова отговорността си до размера в алинея (11.1).

## VII. НЕУСТОЙКИ

### Член 14.

(14.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,2% от сумата по алинея (2.1) за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от цената за съответната дейност по алинея (2.2).

(14.2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,1% от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 1% от размера на забавеното плащане.

(14.3) При неизпълнение от страна на Изпълнителя на задълженията му за обучение на персонала на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (*пет процента*) от общата цена на Договора по алинея (2.1).

(14.4) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя, неустойка в размер на 2% (*два процента*) от общата цена на Договора по алинея (2.1).

(14.5) При пълно неизпълнение на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока по гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 5% (*пет процента*) от стойността на Договора.

(14.6) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.

(14.7.) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка

IBAN BG94STSA93003300290023;

BIC: STSABGSF;

банка: ДСК;

град/клон/офис: Бургас;

титуляр на сметката : Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 30 (словом: тридесет) дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

### VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ<sup>1</sup>

#### Член 15. Общи условия приложими към Подизпълнителите

(15.1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(15.2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(15.3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(15.4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на Изпълнителя.

(15.5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

#### Член 16. Договори с подизпълнители

При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- ) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
- ) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;
- i) при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

#### Член 17. Разплащане с подизпълнители

(17.1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща вознаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

<sup>1</sup>Искванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнители

(17.2) Разплащанията по член (17.1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(17.3) Към искането по алинея (17.2) Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(17.4) Възложителят има право да откаже плащане по алинея (17.2), когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

## IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

### Член 18.

(18.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

- (i) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
- (ii) с изтичане на уговорения срок;
- (iii) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата;
- (iv) при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“) за срок по-дълъг от 15 (петнадесет) дни;
- (v) всяка от страните може да поиска писмено прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му или на шестмесечен срок от спиране изпълнението на договора в случай на неосигурено финансиране.

(18.2) Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до Изпълнителя:

- (i) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на Изпълнителя на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията; или
- (ii) при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти в срока по гаранцията; или
- (iii) при забава продължила повече от 5 (*пет*) дни или при пълно неизпълнение на задължението на Изпълнителя за въвеждането в експлоатация на Апаратурата/пособието, и/или за обучение на персонала на Възложителя; или
- (iv) използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;

(18.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

(18.4) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

(18.5) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.

#### **Член 19.**

Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

### **X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

#### **Член 20.**

(20.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

(20.2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(20.3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(20.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

### **XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

#### **Член 22.**

За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

#### **Член 23.**

(23.1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са:

##### **ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Красимир Георгиев, помощник-ректор  
Телефон: 056 880232  
Email: office\_d@btu.bg

##### **ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

„Софарма трейдинг“ АД  
гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12  
e-mail: [office@sopharmatrading.bg](mailto:office@sopharmatrading.bg)

(23.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност.

(23.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

(23.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 20 се считат за валидно изпратени и получени от другата Страна.

(23.5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.

#### Член 24.

Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

#### Член 25.

(25.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.

(25.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.

#### Член 26.

Инцидентността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до инцидентност на друга клауза или на Договора като цяло.

#### Член 27.

При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи:

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя;
2. Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя;
3. Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя;
4. Приложение № 5 – Гаранция за изпълнение.

Настоящият Договор се подписа в 2 еднообразни екземпляра – 1 за Възложителя и 1 за Изпълнителя.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Подпис  
Залчъенч  
чл. 2 ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



До  
 Университет „Проф. д-р Асен Златаров“  
 гр. Бургас  
 бул. „Проф. Якимов“ № 1

УЧАСТНИК: „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД  
 ЕИК: 103267194

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
 за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  
 „Доставка на медицинско оборудване, учебни пособия и медицинско обзавеждане,  
 разпределени в 4 обособени позиции“

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Представяме Ви нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, изготвена съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, и предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет **по обособена позиция № 3**, при следните финансови условия:

| №: | Техническа спецификация                          | Описание на предложението   | Количество | Ед. цена в лева без ДДС |
|----|--|---|------------|-------------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4          |                         |
| 1  | СВЕТЛИНЕН МИКРОСКОП С ЦВЕТНА МИКРОСКОПСКА КАМЕРА | СВЕТЛИНЕН МИКРОСКОП Primo Star C ЦВЕТНА МИКРОСКОПСКА КАМЕРА AxioCam Erc 5s, производител Carl Zeiss | 26         | 7 206.07                |
| 2  | LED МОНИТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОТ СТУДЕНТИ           | TV Turbo-X 22" TXV-2254, Производител Plesio  | 45         | 240.00                  |
| 3  | LED ТЕЛЕВИЗОРИ ЗА ИЗОБРАЖЕНИЕ                    | TV Turbo-X 50" TXV-5050SMT, Производител Plesio   | 4          | 550.00                  |
| 4  | СВЕТЛИНЕН МИКРОСКОП                              | Светлинен микроскоп Primo Star, производител Carl Zeiss   | 26         | 2 868.00                |
| 5  | АУДИОМЕТЪР                                       | Аудиометър модел SIBEL SOUND 400-AOM, Производител SIBEL S.A.U.                                     | 1          | 11 250.00               |
| 6  | АНАЛИТИЧНА ВЕЗНА                                 | Аналитична Везна Модел HR-150AZ AD-1654, Производител A&D Instruments Ltd.                          | 1          | 3 726.00                |
| 7  | ТЕРМОСТАТИЧНА ВОДНА БАНЯ                         | Термостатична водна баня, модел WNB 7, Производител Memmert   | 1          | 1 304.10                |



|   |  |   |            |
|---|--|---|------------|
| НАСТОЛЕН<br>КОНДУКТОМЕТЪР С<br>ЕЛЕКТРОД | Настолен Кондуктометър с електроди, модел<br>4520, Производител Cole- Parmer Limited | 1 | 2 036.88   |
| UV/Vis<br>СПЕКТРОМЕТЪР                  | UV/VIS Спектрометър, модел 6850,<br>Производител Cole- Parmer Limited                | 1 | 13 196.25  |
| МИНИ ЦЕНТРОФУГИ                         | Мини центрофуги Модел Z 216M, Производител<br>HERMLE Labortechnik GmbH               | 1 | 3 550.05   |
| Обща стойност, лв.<br>без ДДС :         |  |   | 309 989.10 |
| ДДС 20%:                                |  |   | 61 997.82  |
| Обща стойност, лв. с<br>ДДС :           |  |   | 371 986.92 |

Отговорни сме за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени.

Предложената цена включва всички разходи, свързани с доставката до мястото на изпълнение: опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, такси, монтаж, инсталация, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка за срок от **12 /дванадесет/ месеца**.

**ЗАПОЗНАТИ СМЕ, ЧЕ:**

При несъответствие между сборната цена, декларирана от нас в Ценовото ни предложение, и крайната стойност по единичните цени от ценовото ни предложение, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

Ако при прегледа и оценката на представеното от нас ценово предложение се установи несъответствие с образеца на Възложителя от документацията за участие, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

При установяване на аритметично несъответствие между общата цена и цените за отделните позиции, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

Декларираме, че сме съгласни заплащането да става при условията и клаузите залегнали в проекта на договора, представен към документацията.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 2 % от стойността на договора, без ДДС.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: 18.09.2018

ПОДПИС И ПЕЧАТ: ...

**инж. Михаела Караманолова**  
 Директор Медицинска апаратура и  
 оборудване и пълномощник, съгласно  
 пълномощно с Рег. № 1180/ 02.03.2018г.  
 на Любка Сотирова – Нотариус с район  
 на действие Р.С. София, рег. № 400 на  
 Нотариалната камара

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
 по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП  
 за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване, учебни пособия и медицинско обзавеждане, разпределени в 4 обособени позиции“

от СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (наименование на участника)  
 и подписано от инж. **Михаела Янева Караманолова**, ЕГН: 7412318530 (трите имена и ЕГН)  
 в качеството ѝ на Директор Медицинска апаратура и оборудване и пълномощник, съгласно пълномощно с Рег. № 1180 / 02.03.2018 г. на Любка Сотирова – Нотариус с район на действие Р.С. София, рег. № 400 на Нотариалната камара (на длъжност)  
 с ЕИК/БУЛСТАТ /ЕГН/ друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо): ЕИК:103267194

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с всички условия, изисквания и документи към обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване, учебни пособия и медицинско обзавеждане, разпределени в 4 обособени позиции“, представяме на Вашето внимание нашето Техническо предложение, с което правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 3 , както следва:

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „Доставка на медицинско оборудване, учебни пособия и медицинско обзавеждане, разпределени в 4 обособени позиции“.

Съгласни сме да изпълним обществената поръчка при условията на техническата спецификация, другите условия, поставени от Възложителя и при спазване на приложимото законодателство на Република България.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ми, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.

Предлагаме да изпълним поръчката при следните условия:

| №: | Техническа спецификация                          | Описание на предложението   | Количество |
|----|--|---|------------|
| 1  | СВЕТЛИНЕН МИКРОСКОП С ЦВЕТНА МИКРОСКОПСКА КАМЕРА | СВЕТЛИНЕН МИКРОСКОП Primo Star C ЦВЕТНА МИКРОСКОПСКА КАМЕРА AxioCam Erc 5s, производител Carl Zeiss | 26         |



|  |  |  |
|--|--|--|
| 1.1 Светлинен микроскоп  | Светлинен микроскоп Primo Star, производител Carl Zeiss  |  |
| Учебен микроскоп за работа с преминаваща светлина, светло поле                                       | Учебен микроскоп за работа с преминаваща светлина, светло поле, Брошура PrimoStar, стр. 1  |  |
| Метален корпус и метални механизми   | Метален корпус и метални механизми, Приложения 2.1,2.2,2.3   |  |
| Фокусиращ механизъм по Z, с двустранно управление за грубо и фино фокусиране                         | Фокусиращ механизъм по Z, с двустранно управление за грубо и фино фокусиране, Брошура PrimoStar, стр. 2                              |  |
| Оптика коригирана за безкрайност   | Оптика коригирана за безкрайност, Брошура PrimoStar, стр. 2  |  |
| Бинокулярен тубус с ъгъл на наблюдение от 30° и възможност за настройване на между очното разстояние | Бинокулярен тубус с ъгъл на наблюдение от 30° и възможност за настройване на между очното разстояние, Брошура PrimoStar, стр. 1,2    |  |
| Окуляри с 10x увеличение и мин. 18 номер на полето, с диоптрична настройка, с вграден показалец      | Окуляри с 10x увеличение с 18 номер на полето, с диоптрична настройка, с един вграден показалец, Интернет страница PrimoStar, стр. 1 |  |
| Револвер за обективи с минимум 4 позиции   | Револвер за обективи с 4 позиции, Интернет страница PrimoStar, стр. 1  |  |
| 4 броя планахроматни обективи с увеличения- 4x, 10x, 40x и 100x имерсия                              | 4 броя планахроматни обективи с увеличения- 4x, 10x, 40x и 100x имерсия, Интернет страница PrimoStar, стр. 1                         |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Abbe кондензор 0.9/ 1.25   | Abbe кондензор 0.9/ 1.25,<br><i>Интернет страница PrimoStar, стр. 1</i>  |  |
| Възможност за заключване на обективи и окуляри и защита против неоторизиран демонтаж   | Възможност за заключване на обективи и окуляри и защита против неоторизиран демонтаж, <i>Инструкция за употреба, стр.5</i>                                       |  |
| Всички оптични компоненти да са третирани против гъбички   | Всички оптични компоненти да са третирани против гъбички, <i>Брошура PrimoStar, стр. 2</i>   |  |
| Механична микроскопска маса с X-Y винт в дясно и държач за проба с пружина   | Механична микроскопска маса с X-Y винт в дясно и държач за проба с пружина, <i>Интернет страница PrimoStar, стр. 1</i>   |  |
| Микроскопът да разполага с модулен концепт на осветление и да позволява работа с халогенен осветител мин. 30W и с допълнителен LED осветител. И двата осветителя да са включени в комплекта. | Микроскопът разполага с два светлинни модула - халоген 6V 30W и LED осветител 3200 K,<br><i>Интернет страница PrimoStar, стр. 1, Брошура PrimoStar, стр. 1,2</i> |  |
| Двустранна светлинна индикация интегрирана в статива на микроскопа, показваща моментния интензитет на осветлението   | Двустранна светлинна индикация интегрирана в статива на микроскопа, показваща моментния интензитет на осветлението, <i>Брошура PrimoStar, стр. 1,2</i>           |  |
| Интегрирана дръжка за пренасяне  | Интегрирана дръжка за пренасяне, <i>Брошура PrimoStar, стр. 2</i>  |  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 1.2 | Комплекът да включва контрастни филтри – син, жълт и зелен; масльонка с имерсионно масло; прахозащитно покривало | Включени контрастни филтри – син, жълт и зелен; масльонка с имерсионно масло; прахозащитно покривало, <i>Интернет страница PrimoStar, стр. 1</i> |
|     | 1.2 Микроскопска камера  | Микроскопска камера модел AxioCam ERc 5s, производител Carl Zeiss  |
|     | 1. Микроскопска дигитална камера   | Микроскопска дигитална камера, <i>Брошура AxioCam ERc 5s, стр. 1</i>   |
|     | CMOS сензор – цветен, с разделителна способност минимум 5.0 мега пиксела   | Цветен CMOS сензор, с разделителна способност 5.0 мега пиксела, <i>Брошура AxioCam ERc 5s, стр. 2</i>  |
|     | разделяне на оптичния път камера/окуляри 50%:50%   | разделяне на оптичния път камера/окуляри 50%:50%, <i>Брошура PrimoStar, стр. 2</i>   |
|     | да има аналогов/цифров преобразувател - минимум 3x 8bit/pixel  | аналогов/цифров преобразувател - 3 x 8bit/pixel, <i>Брошура AxioCam ERc 5s, стр. 2</i>   |
|     | време за експозиция в мин. диапазон от 10µs до 2s или по-добро   | време за експозиция от 10µs до 2s, <i>Брошура AxioCam ERc 5s, стр. 2</i>   |
|     | да има вграден IR филтър   | вграден IR филтър, <i>Брошура AxioCam ERc 5s, стр. 2</i>   |
|     | с оптически интерфейс – C-mount  | оптически интерфейс – C-mount, <i>Брошура AxioCam ERc 5s, стр. 2</i>   |
|     | слот за SD и SDHC карти  | слот за SD и SDHC карти, <i>Брошура AxioCam ERc 5s, стр. 2</i>   |
|     | USB 2.0 интерфейс за връзка с PC и захранване на камерата  | USB 2.0 интерфейс за връзка с PC и захранване на камерата, <i>Брошура AxioCam ERc 5s, стр. 2</i>   |

|   |  |    |
|---|--|----|
| да има възможност да се свързва директно с монитор без да има необходимост персонален компютър                                      | възможност да се свързва директно с монитор без да има необходимост персонален компютър, Брошура AxioCam ERc 5s, стр. 2                                  |    |
| да разполага с бутон на камерата за автоматична настройка на баланс на бялото   | бутон на камерата за автоматична настройка на баланс на бялото, Брошура AxioCam ERc 5s, стр. 2   |    |
| да разполага с бутон на камерата за директно снимане и запис на изображенията върху SD карта  | бутон на камерата за директно снимане и запис на изображенията върху SD карта, Брошура AxioCam ERc 5s, стр. 2  |    |
| да има оптичен C-mount адаптер за монтиране към микроскопа включен в конфигурацията   | включен C-mount адаптер, Интернет страница C-mount, стр. 1   |    |
| Включеният софтуер да позволява управление на камерата, заснемане, поставяне на анотации и измервания, архивиране и документиране   | Включеният софтуер позволява управление на камерата, заснемане, поставяне на анотации и измервания, архивиране и документиране, Брошура Labscope, стр. 1 |    |
| Софтуерът да позволява Wi-Fi пренос и заснемане на изображения и да може визуализира изображения от няколко микроскопа едновременно | Wi-Fi пренос и заснемане на изображения, възможност да визуализира изображения от няколко микроскопа едновременно, Брошура Labscope, стр. 1, 2           |    |
| Софтуерът да е съвместим с iOS, Windows   | Софтуерът, съвместим с iOS, Windows, Брошура Labscope, стр. 1, 2   |    |
| 2 LED МОНИТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОТ СТУДЕНТИ  | TV Turbo-X 22" TXV-2254, Производител Plesio   | 45 |
| Диagonal в диапазон от 21,5"-23"  | 22", Информационна брошура TV Turbo-X 22" TXV-2254   |    |

|  |   |    |
|--|---|----|
| LED  | LED, Информационна брошура TV Turbo-X 22" TXV-2254  |    |
| Разделителна способност Full HD, 1920x1080                     | Full HD, 1920x1080, Информационна брошура TV Turbo-X 22" TXV-2254                         |    |
| HDMI вход  | HDMI вход, Информационна брошура TV Turbo-X 22" TXV-2255                                  |    |
| HDMI сплитер (1вход- 2 изхода)                                 | HDMI сплитер (1вход- 2 изхода), Информационна брошура SPLITTER                            |    |
| <b>3 LED ТЕЛЕВИЗОРИ ЗА ИЗОБРАЖЕНИЕ</b>                         |   |    |
| Диagonal е диапазон от 50"-55"                                 | TV Turbo-X 50" TXV-5050SMT, Производител Plesio   | 4  |
| LED TV   | 50", Информационна брошура TV Turbo-X 50" TXV-5050SMT                                     |    |
| Разделителна способност Full HD, 1920x1080                     | LED TV, Информационна брошура TV Turbo-X 50" TXV-5050SMT                                  |    |
| HDMI вход мин 2 бр, USB 2.0                                    | Full HD, 1920x1080, Информационна брошура TV Turbo-X 50" TXV-5050SMT                      |    |
| SMART TV   | 2 x HDMI вход, 1 x USB, Информационна брошура TV Turbo-X 50" TXV-5050SMT                  |    |
|  | SMART TV, Информационна брошура TV Turbo-X 50" TXV-5050SMT                                |    |
| <b>4 СВЕТЛИНЕН МИКРОСКОП</b>                                   |   |    |
| Учебен микроскоп за работа с преминаваща светлина, светло поле | Светлинен микроскоп Primo Star, производител Carl Zeiss                                   | 26 |
|  | Учебен микроскоп за работа с преминаваща светлина, светло поле, Брошура PrimoStar, стр. 1 |    |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Метален корпус и метални механизми   | Метален корпус и метални механизми, <i>Приложения 2.1.2.2,2.3</i>   |  |
| Фокусиращ механизъм по Z, с двустранно управление за грубо и фино фокусиране                         | Фокусиращ механизъм по Z, с двустранно управление за грубо и фино фокусиране, <i>Брошура PrimoStar, стр. 2</i>                              |  |
| Оптика коригирана за безкрайност   | Оптика коригирана за безкрайност, <i>Брошура PrimoStar, стр. 2</i>  |  |
| Бинокулярен тубус с ъгъл на наблюдение от 30° и възможност за настройване на между очното разстояние | Бинокулярен тубус с ъгъл на наблюдение от 30° и възможност за настройване на между очното разстояние, <i>Брошура PrimoStar, стр. 1.2</i>    |  |
| Окуляри с 10x увеличение и мин. 18 номер на полето, с диоптрична настройка, с вграден показалец      | Окуляри с 10x увеличение с 18 номер на полето, с диоптрична настройка, с един вграден показалец, <i>Интернет страница PrimoStar, стр. 1</i> |  |
| Револвер за обективи с минимум 4 позиции   | Револвер за обективи с 4 позиции, <i>Интернет страница PrimoStar, стр. 1</i>  |  |
| 4 броя планахроматни обективи с увеличения- 4x, 10x, 40x и 100x имерсия                              | 4 броя планахроматни обективи с увеличения- 4x, 10x, 40x и 100x имерсия, <i>Интернет страница PrimoStar, стр. 1</i>                         |  |
| Abbe кондензор 0.9/ 1.25   | Abbe кондензор 0.9/ 1.25, <i>Интернет страница PrimoStar, стр. 1</i>  |  |
| Възможност за заключване на обективи и окуляри и защита против неототоризиран демонтаж               | Възможност за заключване на обективи и окуляри и защита против неототоризиран демонтаж, <i>Инструкция за употреба, стр.5</i>                |  |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   | Всички оптични компоненти да са третирани против гъбички   | Всички оптични компоненти да са третирани против гъбички, <i>Брошура PrimoStar, стр. 2</i>  |   |
|   | Механична микроскопска маса с X-У винт в дясно и държач за проба с пружина.  | Механична микроскопска маса с X-У винт в дясно и държач за проба с пружина, <i>Интернет страница PrimoStar, стр. 1</i>  |   |
|   | Микроскопът да разполага с модулен концепт на осветление и да позволява работа с халогенен осветител мин. 30W и с допълнителен LED осветител. И двата осветителя да са включени в комплекта. | Микроскопът разполага с два светлинни модула - халоген 6V 30W и LED осветител 3200 K, <i>Интернет страница PrimoStar, стр. 1, Брошура PrimoStar, стр. 1,2</i> |   |
|   | Двустранна светлинна индикация интегрирана в статива на микроскопа, показваща моментния интензитет на осветлението   | Двустранна светлинна индикация интегрирана в статива на микроскопа, показваща моментния интензитет на осветлението, <i>Брошура PrimoStar, стр. 1,2</i>        |   |
|   | Интегрирана дръжка за пренасяне  | Интегрирана дръжка за пренасяне, <i>Брошура PrimoStar, стр. 2</i>   |   |
|   | Комплектът да включва контрастни филтри – син, жълт и зелен; масльонка с имерсионно масло; прахозащитно прокривало   | Включени контрастни филтри – син, жълт и зелен; масльонка с имерсионно масло; прахозащитно прокривало, <i>Интернет страница PrimoStar, стр. 1</i>             |   |
| 5 | АУДИОМЕТЪР   | Аудиометър модел SIBEL SOUND 400-AOM, Производител SIBEL S.A.U.   | 1 |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   | Двуканален дигитален аудиометър с възможност за измерване на въздушна и костна проводимост. и с възможност за маскиране. | Двуканален дигитален аудиометър с възможност за измерване на въздушна и костна проводимост и с възможност за маскиране. Извадка от брошура стр. 3 от български текст, стр.6 от английски текст |   |
|   | честотен диапазон за въздушна проводимост:   | честотен диапазон за въздушна проводимост:   |   |
|   | * долна граница не по-голяма от 125 Hz   | долна граница - 125 Hz, Извадка от брошура стр. 3 от български текст, стр.6 от английски текст   |   |
|   | * горна граница не по-малка от 8 000 Hz  | горна граница - 8 000 Hz, Извадка от брошура стр. 3 от български текст, стр.6 от английски текст   |   |
|   | Наличие на персонализирани програми в зависимост от нуждите на потребителя   | Наличие на персонализирани програми в зависимост от нуждите на потребителя, Извадка от брошура стр. 3 от български текст, стр.6 от английски текст   |   |
|   | USB връзка с аудиометричен софтуер   | USB връзка с аудиометричен софтуер, Извадка от брошура стр. 4 от български текст, стр.6 от английски текст   |   |
|   | Да бъде в окомплектовка със слушалки и микрофон  | Да бъде в окомплектовка със слушалки и микрофон, Извадка от брошура стр. 4 от български текст, стр.6 от английски текст  |   |
| 6 | <b>АНАЛИТИЧНА ВЕЗНА</b>  | Аналитична Везна Модел HR-150AZ AD-1654, Производител A&D Instruments Ltd.   | 1 |



|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Автоматична моторизирана вътрешна калибрация<br/>Задействане с натискане на един бутон на фронталния панел на везната.</p> | <p>Автоматична моторизирана вътрешна калибрация по патент на AnD.<br/>Задействане с натискане на един бутон на фронталния панел на везната. Брошура Компактни аналитични везни HR -AZ/HR-A, Стр 3 от български текст, стр.2 от английски текст</p> |  |
| <p>Сталибизиране за не повече от 2 секунди</p>  | <p>Сталибизиране за не повече от 2 секунди. Брошура Компактни аналитични везни HR -AZ/HR-A, Стр 3 и стр .4 от български текст, стр.2 и стр.3 от английски текст</p>  |  |
| <p>Минимално тегло: 0.1мгр. (0.0001гр.)</p>   | <p>Минимално тегло: 0.1мгр. (0.0001гр.). Брошура Компактни аналитични везни HR -AZ/HR-A, Стр 5 от български текст, стр.4 от английски текст</p>  |  |
| <p>Разделителна способност: 0.1мгр. (0.0001гр.) или по-добра</p>  | <p>Разделителна способност: 0.1мгр. (0.0001гр.), Брошура Компактни аналитични везни HR -AZ/HR-A, Стр 5 от български текст, стр.4 от английски текст</p>  |  |
| <p>Капацитет: минимум 150гр.</p>  | <p>Капацитет: 152гр. Брошура Компактни аналитични везни HR -AZ/HR-A, Стр 5 от български текст, стр.4 от английски текст</p>  |  |
| <p>Линейност: <math>\pm 0.1</math>мгр. или по-добра</p>   | <p>Линейност: <math>\pm 0.1</math>мгр. Брошура Компактни аналитични везни HR -AZ/HR-A, Стр 5 от български текст, стр.4 от английски текст</p>  |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Индикатор на фронталния панел за нивелация на везната | Индикатор на фронталния панел за нивелация на везната. Брошура Компактни аналитични везни HR -AZ/HR-A, стр.4 от български текст, стр.3 от английски текст |  |
| Кука за претегляне отдолу                             | Кука за претегляне отдолу, Брошура Компактни аналитични везни HR -AZ/HR-A, стр. 3 от български текст, стр.2 от английски текст                            |  |
| Функция антивибрация                                  | Функция антивибрация, Брошура Компактни аналитични везни HR -AZ/HR-A, стр. 3 от български текст, стр.2 от английски текст                                 |  |
| Функция автоматично включване и изключване            | Функция автоматично включване и изключване, Брошура Компактни аналитични везни HR -AZ/HR-A, стр. 3 от български текст, стр.2 от английски текст           |  |
| Функция статистическо изчисление                      | Функция статистическо изчисление, Брошура Компактни аналитични везни HR -AZ/HR-A, стр.3 и стр.4 от български текст, стр.2 и стр.3 от английски текст      |  |
| Функция броене  | Функция броене. Брошура Компактни аналитични везни HR -AZ/HR-A, стр. 3 от български текст, стр.2 от английски текст                                       |  |
| Функция претегляне на живи животни                    | Функция претегляне на живи животни, Брошура Компактни аналитични везни HR -AZ/HR-A, стр. 3 от български текст, стр.2 от английски текст                   |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Функция проценти  | Функция проценти, Брошура Компактни аналитични везни HR - AZ/HR-A, стр. 3 от български текст, стр.2 от английски текст   |  |
| Функция сравняване  | Функция сравняване, Брошура Компактни аналитични везни HR - AZ/HR-A, стр. 3 от български текст, стр.2 от английски текст   |  |
| Функция дата и време  | Функция дата и време, Брошура Компактни аналитични везни HR - AZ/HR-A, стр. 3 от български текст, стр.2 от английски текст   |  |
| Сензор за калибрация и измерване  | Патентован сензор за калибрация и измерване, Брошура Компактни аналитични везни HR - AZ/HR-A, стр. 3 от български текст, стр.2 от английски текст  |  |
| Просторна ветрозащитна камера( мин.195мм височина) с антистатично покритие с една горна и две странични врати | Просторна ветрозащитна камера (198мм височина) с антистатично покритие с една горна и две странични врати, Брошура Компактни аналитични везни HR -AZ/HR-A, стр.3 и стр.4, от български текст, стр.2 и стр.3 от английски текст |  |
| Възможност за демонтаж на всички врати и панели на камерата   | Възможност за демонтаж на всички врати и панели на камерата, Брошура Компактни аналитични везни HR -AZ/HR-A, стр. 3 от български текст, стр.2 от английски текст   |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Корпус от излята алуминиева сплав и неръждаема стомана | Корпус от излята алуминиева сплав и неръждаема стомана, Брошура Компактни аналитични везни HR - AZ/HR-A, стр. 3 от български текст, стр.2 от английски текст |  |
| Съвместима с принтер                                   | Съвместима с принтер, Брошура Компактни аналитични везни HR - AZ/HR-A, стр. 4 от български текст, стр.3 от английски текст                                   |  |
| Цифров изход   | Цифров изход, Брошура Компактни аналитични везни HR -AZ/HR-A, стр. 4 от български текст, стр.3 от английски текст  |  |
| Стандарт RS-232C                                       | Стандарт RS-232C, Брошура Компактни аналитични везни HR - AZ/HR-A, стр. 4 от български текст, стр.3 от английски текст                                       |  |
| Шест бутона за програмиране                            | Шест бутона за програмиране, Брошура Компактни аналитични везни HR -AZ/HR-A, стр. 4 от български текст, стр.3 от английски текст                             |  |
| Заклучване на менюто                                   | Заклучване на менюто, Брошура Компактни аналитични везни HR - AZ/HR-A, стр. 4 от български текст, стр.3 от английски текст                                   |  |
| Цифров екран   | Цифров екран, Брошура Компактни аналитични везни HR -AZ/HR-A, стр. 2,3,4 от български текст, стр.1,2,3 от английски текст                                    |  |



|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   | Диаметър на блюдото не по малък от 90мм                          | Диаметър на блюдото : 90мм, Брошура Компактни аналитични везни HR - AZ/HR-A, стр. 5 от български текст, стр.4 от английски текст                  |   |
|   | Регулируеми крака за нивелация                                   | Регулируеми крака за нивелация, Брошура Компактни аналитични везни HR -AZ/HR-A, стр. 4 от български текст, стр.3 от английски текст               |   |
|   | АС адаптер за захранване от ел. мрежа                            | АС адаптер за захранване от ел. Мрежа, Брошура Компактни аналитични везни HR -AZ/HR-A, стр. 5 от български текст, стр.4 от английски текст        |   |
|   | Включен кит за измерване на плътност                             | Включен кит за измерване на плътност, Брошура Компактни аналитични везни HR -AZ/HR-A, стр. 4 от български текст, стр.3 от английски текст         |   |
| 7 | <b>ТЕРМОСТАТИЧНА ВОДНА БАНЯ</b>                                  | Термостатична водна баня, модел WNB 7, Производител Memmert   | 1 |
|   | Температурен обхват – не по-малък от + 5°C над околната до 100°C | Температурен обхват – мин. + 5°C над околната до 100°C с кипящ режим, Брошура Водна Баня WNB 7 стр.3 от български текст, стр.2 от английски текст |   |
|   | Работен обем – не по-малък от 5 л                                | Работен обем – 7 л, Брошура Водна Баня WNB 7 стр.3 от български текст, стр.2 от английски текст   |   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Резолюция – 0.1°C или по-добра  | Резолюция – 0.1°C,<br>Брошура Водна Баня<br>WNB 7 стр.3 от<br>български текст, стр.2 от<br>английски текст  |  |
| Точност на поддържане на температурата: ± 0.5%<br>или по-добра                                      | Точност на поддържане<br>на температурата: ± 0.3%,<br>Брошура Водна Баня<br>WNB 7 стр.5 от български<br>текст, стр.4 от английски<br>текст  |  |
| Микропроцесорен контрол на температурата  | Микропроцесорен контрол<br>на температурата,<br>Брошура Водна Баня<br>WNB 7 стр.3 от<br>български текст, стр.2 от<br>английски текст  |  |
| Дигитален LED дисплей с указващ зададена,<br>актуална температура и оставащо време от<br>програмата | Дигитален LED дисплей с<br>указващ зададена,<br>актуална температура и<br>оставащо време от<br>програмата, Брошура<br>Водна Баня WNB 7 стр.3<br>от български текст, стр.2<br>от английски текст |  |
| Автодиагностична система с индикация на грешки  | Автодиагностична<br>система с индикация на<br>грешки, Брошура Водна<br>Баня WNB 7 стр.3 от<br>български текст, стр.2 от<br>английски текст  |  |
| Интегриран таймер 1мин. до 99,59 часа   | Интегриран таймер 1мин.<br>до 99,59 часа, Брошура<br>Водна Баня WNB 7 стр.3<br>от български текст, стр.2<br>от английски текст  |  |

|   |  |          |
|---|--|----------|
| <p>Механичен температурен лимитер, Клас 1 със действие на 30°C над максималната температура на банята</p>                   | <p>Механичен температурен лимитер, Клас 1 със действие на 30°C над максималната температура на банята, Брошура Водна Баня WNB 7 стр.3 от български текст, стр.2 от английски текст</p>                   |          |
| <p>Предпазен термостат – да изключва нагряването на ваната в случай на надвишаване на температура с 10°C над зададената</p> | <p>Предпазен термостат – да изключва нагряването на ваната в случай на надвишаване на температура с 10°C над зададената, Брошура Водна Баня WNB 7 стр.3 от български текст, стр.2 от английски текст</p> |          |
| <p>Вътрешен резервоар от неръждаема стомана</p>   | <p>Вътрешен резервоар от неръждаема стомана, Брошура Водна Баня WNB 7 стр.3 от български текст, стр.2 от английски текст</p>   |          |
| <p>Външна конструкция от неръждаема стомана Захранване 230V/50Hz</p>  | <p>Външна конструкция от неръждаема стомана Захранване 230V/50Hz, Брошура Водна Баня WNB 7 стр.3, 4 от български текст, стр.2, 3 от английски текст</p>  |          |
| <p>8 НАСТОЛЕН КОНДУКТОМЕТЪР С ЕЛЕКТРОД</p>  | <p>Настолен Кондуктометър с електроди, модел 4520, Производител Cole-Parmer Limited</p>  | <p>1</p> |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Едновременни показатели на проводимост или TDS и температура       | Едновременни показатели на проводимост или TDS и температура, Брошура<br>Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст       |  |
| Автоматичен избор на диапазон за най-добра разделителна способност | Автоматичен избор на диапазон за най-добра разделителна способност, Брошура<br>Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст |  |
| Калибрация с клетка с постоянна проводимост или стандартен разтвор | Калибрация с клетка с постоянна проводимост или стандартен разтвор, Брошура<br>Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст |  |
| Автоматично стандартно разпознаване                                | Автоматично стандартно разпознаване, Брошура<br>Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст                                |  |
| Запазване в паметта до 32 резултата                                | Запазване в паметта до 32 резултата, Брошура<br>Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст                                |  |
| RS232 за връзка с принтер/PC                                       | RS232 за връзка с принтер/PC, Брошура<br>Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст                                       |  |





|  |  |   |
|--|--|---|
| Проводимост: 6 преселектирани стойности от 0 до 19.99S при K=10  | Проводимост: 6 преселектирани стойности от 0 до 19.99S при K=10, Брошура Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст  | 6 |
| Разделителна способност: 0.01μS до 0.01S                         | Разделителна способност: 0.01μS до 0.01S, Брошура Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст                         |   |
| Точност: ±0.5%   | Точност: ±0.5%, Брошура Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст   |   |
| Автоматично стандартно разпознаване: 10μS, 84μS, 1413μS, 12.88mS | Автоматично стандартно разпознаване: 10μS, 84μS, 1413μS, 12.88mS, Брошура Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст |   |
| Клетка с константна проводимост: 0.010 to 19.999                 | Клетка с константна проводимост: 0.010 to 19.999, Брошура Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст                 |   |
| TDS обхват: 6 автоматично селектирани от 0 до 1999g/l*           | TDS обхват: 6 автоматично селектирани от 0 до 1999g/l*, Брошура Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст           |   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| TDS разделителна способност: 0.01mg/l до 1g/l     | TDS разделителна способност: 0.01mg/l до 1g/l, Брошура Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст     |  |
| TDS точност: $\pm 0.5\%$ $\pm 2$ знака            | TDS точност: $\pm 0.5\%$ $\pm 2$ знака, Брошура Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст            |  |
| Диапазон съпротивление: 0–20Mohm                  | Диапазон съпротивление: 0–20Mohm, Брошура Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст                  |  |
| Съпротивление разделителна способност: 0.01Mohm   | Съпротивление разделителна способност: 0.01Mohm, Брошура Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст   |  |
| Съпротивление точност: $\pm 0.5\%$ $\pm 2$ digits | Съпротивление точност: $\pm 0.5\%$ $\pm 2$ digits, Брошура Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст |  |
| Диапазон на соленост: 0–99.9g/l                   | Диапазон на соленост: 0–99.9g/l, Брошура Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст                   |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Диапазон на разделителна способност: 0.1g/l                 | Диапазон на разделителна способност: 0.1g/l, Брошура Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст                 |  |
| Точност соленост: 0-35 ±1g/l, 35-99.9 ±3g/l                 | Точност соленост: 0-35 ±1g/l, 35-99.9 ±3g/l, Брошура Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст                 |  |
| Температурен диапазон: -10 до 105°C                         | Температурен диапазон: -10 до 105°C, Брошура Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст                         |  |
| Температурна разделителна способност: 0.1°C                 | Температурна разделителна способност: 0.1°C, Брошура Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст                 |  |
| Температурна точност: ±0.5°C                                | Температурна точност: ±0.5°C, Брошура Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст                                |  |
| Автоматична и ръчна температурна компенсация: от 0 до 100°C | Автоматична и ръчна температурна компенсация: от 0 до 100°C, Брошура Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст |  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| Температурен коефициент: 0.00% до 4.00%/°C   | Температурен коефициент: 0.00% до 4.00%/°C. Брошура Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст   |   |
| Референтни температури: 18, 20 или 25°C  | Референтни температури: 18, 20 или 25°C, Брошура Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст  |   |
| Изходи: Аналогов, RS232 и IrDA   | Изходи: Аналогов, RS232 и IrDA, Брошура Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст   |   |
| Размери: 210 x 250 x 55mm  | Размери: 210 x 250 x 55mm, Брошура Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст  |   |
| Тегло: 850грама  | Тегло: 850грама, Брошура Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст  |   |
| Включва стъклен електрод за проводимост, държач за електрода и европейски стандарт захранващ кабел | Включва стъклен електрод за проводимост, държач за електрода и европейски стандарт захранващ кабел, Брошура Настолен Кондуктометър с електроди 4520 стр.2 от български текст, стр.1 от английски текст |   |
| 9 UV/VIS СПЕКТРОМЕТЪР  | UV/VIS Спектрометър, модел 6850, Производител Cole-Parmer Limited  | 1 |

|  |   |  |
|--|---|--|
| UV/VIS   | UV/VIS, Брошура 6850<br>Двулъчев<br>спектрофотометър стр.3<br>от български текст, стр.2<br>от английски текст   |  |
| Двулъчев спектрофотометър с висока стабилност<br>на оптиката | Двулъчев<br>спектрофотометър с<br>висока стабилност на<br>оптиката, Брошура 6850<br>Двулъчев<br>спектрофотометър стр.3<br>от български текст, стр.2<br>от английски текст |  |
| Интегриран потребителски интерфейс                           | Интегриран<br>потребителски<br>интерфейс, Брошура 6850<br>Двулъчев<br>спектрофотометър стр.3<br>от български текст, стр.2<br>от английски текст                           |  |
| USB порт за съхранение на данни                              | USB порт за съхранение<br>на данни, Брошура 6850<br>Двулъчев<br>спектрофотометър стр.5<br>от български текст, стр.4<br>от английски текст                                 |  |
| Отговаря на изискванията на Европейската<br>Фармакопея       | Отговаря на<br>изискванията на<br>Европейската<br>Фармакопея, Брошура<br>6850 Двулъчев<br>спектрофотометър стр.3<br>от български текст, стр.2<br>от английски текст       |  |
| софтуер Prism PC включен стандартно                          | софтуер Prism PC<br>включен стандартно,<br>Брошура 6850 Двулъчев<br>спектрофотометър стр.4<br>от български текст, стр.3<br>от английски текст                             |  |
| Голям дигитален графичен дисплей                             | Голям дигитален<br>графичен дисплей,<br>Брошура 6850 Двулъчев<br>спектрофотометър стр.3<br>от български текст, стр.2<br>от английски текст                                |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Светлинен източник: живачна и деутериева лампа  | Светлинен източник:<br>живачна и деутериева<br>лампа, Брошура 6850<br>Двулъчев<br>спектрофотометър стр.5<br>от български текст, стр.4<br>от английски текст  |  |
| Обхват на дължина на вълната от 190 до 1100 nm  | Обхват на дължина на<br>вълната от 190 до 1100<br>nm, Брошура 6850<br>Двулъчев<br>спектрофотометър стр.5<br>от български текст, стр.4<br>от английски текст  |  |
| Разделителна способност 0.1nm   | Разделителна способност<br>0.1nm, Брошура 6850<br>Двулъчев<br>спектрофотометър стр.5<br>от български текст, стр.4<br>от английски текст  |  |
| Точност - $\pm 0.3\text{nm}$ ( при 0,5 и 1nm честотна ивица)<br>$\pm 0.5\text{nm}$ (при 2,4 и 5nm честотна лента) | Точност - $\pm 0.3\text{nm}$ ( при 0,5<br>и 1nm честотна ивица)<br>$\pm 0.5\text{nm}$ (при 2,4 и 5nm<br>честотна лента), Брошура<br>6850 Двулъчев<br>спектрофотометър стр.5<br>от български текст, стр.4<br>от английски текст |  |
| възпроизводимост - $\pm 0.2\text{nm}$   | възпроизводимост<br>$\pm 0.2\text{nm}$ , Брошура 6850<br>Двулъчев<br>спектрофотометър стр.5<br>от български текст, стр.4<br>от английски текст   |  |
| спектрална честотна ивица – варираща – 0.5, 1, 2,<br>4, 5nm   | спектрална честотна<br>ивица – варираща – 0.5, 1,<br>2, 4, 5nm, Брошура 6850<br>Двулъчев<br>спектрофотометър стр.5<br>от български текст, стр.4<br>от английски текст  |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| фотометричен обхват от - 0.3-3.0A 0-200%T   | фотометричен обхват от - 0.3-3.0A 0-200%T, Брошура 6850 Двувъчев спектрофотометър стр.5 от български текст, стр.4 от английски текст   |  |
| фотометрична точност - $\pm 0.002A$ (0- 0.5A) $\pm 0.3\%$ T (0- 100%T)  | фотометрична точност - $\pm 0.002A$ (0- 0.5A) $\pm 0.3\%$ T (0- 100%T), Брошура 6850 Двувъчев спектрофотометър стр.4   |  |
| фотометрична възпроизводимост - $\pm 0.001$ Abs (0 to 0.5 Abs) $\pm 0.002$ Abs (0.5 to 1.0 Abs) 0.15%T (0- 100%T) | фотометрична възпроизводимост - $\pm 0.001$ Abs (0 to 0.5 Abs) $\pm 0.002$ Abs (0.5 to 1.0 Abs) 0.15%T (0- 100%T), Брошура 6850 Двувъчев спектрофотометър стр.5 от български текст, стр.4 от английски текст |  |
| резолюция - 0.1%T, 0.001A   | резолюция - 0.1%T, 0.001A, Брошура 6850 Двувъчев спектрофотометър стр.5 от български текст, стр.4 от английски текст   |  |
| разсеяна светлина - $< 0.05\%T$ при 220 и 360nm   | разсеяна светлина - $< 0.05\%T$ при 220 и 360nm, Брошура 6850 Двувъчев спектрофотометър стр.5 от български текст, стр.4 от английски текст   |  |
| шум - 0.0005A   | шум - 0.0005A, Брошура 6850 Двувъчев спектрофотометър стр.5 от български текст, стр.4 от английски текст   |  |
| устойчивост - $\pm 0.001A/h$ при 500nm след 15 мин загряване  | устойчивост - $\pm 0.001A/h$ при 500nm след 15 мин загряване, Брошура 6850 Двувъчев спектрофотометър стр.5 от български текст, стр.4 от английски текст  |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>многообхватен - до 10 дължини на вълната, до 20 дължини на вълната с PC софтуер</p> | <p>многообхватен - до 10 дължини на вълната, до 20 дължини на вълната с PC софтуер, Брошура 6850 Двулъчев спектрофотометър стр.5 от български текст, стр.4 от английски текст</p> |  |
| <p>калкулация – пропорция, разликата, формула с фактори</p>                            | <p>калкулация – пропорция, разликата, формула с фактори, Брошура 6850 Двулъчев спектрофотометър стр.5 от български текст, стр.4 от английски текст</p>                            |  |
| <p>спектрален обхват – всички обхвати от 190 и 1100nm</p>                              | <p>спектрален обхват – всички обхвати от 190 и 1100nm, Брошура 6850 Двулъчев спектрофотометър стр.5 от български текст, стр.4 от английски текст</p>                              |  |
| <p>сканираща скорост – 100 до 2000nm/min</p>   | <p>сканираща скорост – 100 до 2000nm/min, Брошура 6850 Двулъчев спектрофотометър стр.5 от български текст, стр.4 от английски текст</p>   |  |
| <p>сканиращ интервал - 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 или 5nm</p>                                 | <p>сканиращ интервал - 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 или 5nm, Брошура 6850 Двулъчев спектрофотометър стр.5 от български текст, стр.4 от английски текст</p>                                 |  |



|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>анализи – автоматично най-висока и най-ниска, увеличение. Събиране, изваждане, максимална концентрация, изглаждане, площта под кривата, дължина на вълната, производни, наслагване с PC софтуер</p> | <p>анализи – автоматично най-висока и най-ниска, увеличение. Събиране, изваждане, максимална концентрация, изглаждане, площта под кривата, дължина на вълната, производни, наслагване с PC софтуер, Брошура 6850 Двулъчев спектрофотометър стр.5 от български текст, стр.4 от английски текст</p> |  |
| <p>кинетика - До 12 часа с интервали от 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10 или 30 секунда</p>  | <p>кинетика - До 12 часа с интервали от 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10 или 30 секунда, Брошура 6850 Двулъчев спектрофотометър стр.5 от български текст, стр.4 от английски текст</p>  |  |
| <p>анализи - наклон и формула на линията на най-добро напасване между всеки две точки</p>  | <p>анализи - наклон и формула на линията на най-добро напасване между всеки две точки, Брошура 6850 Двулъчев спектрофотометър стр.5 от български текст, стр.4 от английски текст</p>  |  |
| <p>количествени точки – до 3 дължини на вълните</p>  | <p>количествени точки – до 3 дължини на вълните , Брошура 6850 Двулъчев спектрофотометър стр.5 от български текст, стр.4 от английски текст</p>   |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| количествена калибрация – Blank с възможност до 10 стандарта или калибриране по Фактор | количествена калибрация – Blank с възможност до 10 стандарта или калибриране по фактор, Брошура 6850 Двулъчев спектрофотометър стр.5 от български текст, стр.4 от английски текст |  |
| концентрационен обхват – 0-99999   | концентрационен обхват – 0-99999, Брошура 6850 Двулъчев спектрофотометър стр.5 от български текст, стр.4 от английски текст   |  |
| DNA/RNA и протеин - DNA/RNA пропорция, концентрация, A320 корекция                     | DNA/RNA и протеин - DNA/RNA пропорция, концентрация, A320 корекция, Брошура 6850 Двулъчев спектрофотометър стр.5 от български текст, стр.4 от английски текст                     |  |
| изменение на лампата – 325 до 370nm  | изменение на лампата – 325 до 370nm, Брошура 6850 Двулъчев спектрофотометър стр.5 от български текст, стр.4 от английски текст  |  |
| изходи – USB и паралелно свързване   | изходи – USB и паралелно свързване, Брошура 6850 Двулъчев спектрофотометър стр.5 от български текст, стр.4 от английски текст   |  |
| Операционни системи - Windows 2000, XP, Vista, Windows 7                               | Операционни системи - Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Брошура 6850 Двулъчев спектрофотометър стр.5 от български текст, стр.4 от английски текст                               |  |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
|    | Размери: 600x450x220мм   | Размери: 600x450x220мм,<br>Брошура 6850 Двулъчев<br>спектрофотометър стр.5<br>от български текст, стр.4<br>от английски текст   |   |
|    | Тегло: 22кг.   | Тегло: 22кг., Брошура<br>6850 Двулъчев<br>спектрофотометър стр.5<br>от български текст, стр.4<br>от английски текст   |   |
|    | В доставения пакет се включва оборудвано с<br>единичен 10x10mm кюветен холдер с референтна<br>функция, ръководство за употреба, захранващи<br>кабели, софтуер за PC на CD ROM с връзка USB<br>кабел и ключ за порт, 4 GB USB флаш памет, 2 x<br>кварцови кювети, 4 x стъклени кювети и покривало<br>за предпазване от прах и 230V захранване | В доставения пакет се<br>включва оборудвано с<br>единичен 10x10mm<br>кюветен холдер с<br>референтна функция,<br>ръководство за употреба,<br>захранващи кабели,<br>софтуер за PC на CD<br>ROM с връзка USB кабел<br>и ключ за порт, 4 GB USB<br>флаш памет, 2 x кварцови<br>кювети, 4 x стъклени<br>кювети и покривало за<br>предпазване от прах и<br>230V захранване,<br>Брошура 6850 Двулъчев<br>спектрофотометър стр.5<br>от български текст, стр.4<br>от английски текст |   |
| 10 | <b>МИНИ ЦЕНТРОФУГИ</b>   | Мини центрофуги Модел<br>Z 216M, Производител<br>HERMLE Labortechnik<br>GmbH  | 1 |
|    | Максимални обороти (rpm) – не по-малко от 14 000   | Максимални обороти<br>(rpm) – 15 000, Брошура<br>микролитрови центрофуги<br>стр.3 от български текст,<br>стр.2 от английски текст   |   |
|    | Центрофужна сила (g) – не по-малко от 21 000   | Центрофужна сила (g) –<br>не по-малко от 21 379,<br>Брошура микролитрови<br>центрофуги стр.3 от<br>български текст, стр.2 от<br>английски текст   |   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Минимум 9 профила за спиране и ускоряване                  | 10 профила за спиране и ускоряване, Брошура микролитрови центрофуги стр.3 от български текст, стр.2 от английски текст                         |  |
| Индукционен мотор  | Захранване 230V/50Hz, Брошура микролитрови центрофуги стр.2  |  |
| Ниво на шум < 56 dB  | Ниво на шум < 56 dB, Брошура микролитрови центрофуги стр.3 от български текст, стр.2 от английски текст  |  |
| Моторизирано заключване на капака                          | Моторизирано заключване на капака, Брошура микролитрови центрофуги стр.3 от български текст, стр.2 от английски текст                          |  |
| Таймер от 10 сек. До 99 часа и 59 минути.                  | Таймер от 10 сек. До 99 часа и 59 минути. Брошура микролитрови центрофуги стр.3 от български текст, стр.2 от английски текст                   |  |
| Съхраняване на до 99 цикъла                                | Съхраняване на до 99 цикъла, Брошура микролитрови центрофуги стр.3 от български текст, стр.2 от английски текст                                |  |
| Активна система за дисбаланс                               | Активна система за дисбаланс, Брошура микролитрови центрофуги стр.3 от български текст, стр.2 от английски текст                               |  |
| В комплект с ъглов ротор с 24 гнезда x1.5/2.0 ml епруветки | В комплект с ъглов ротор с 24 гнезда x1.5/2.0 ml епруветки, Брошура микролитрови центрофуги стр.4 от български текст, стр.3 от английски текст |  |
| Възможност за последваща окомплектация с:                  | Възможност за последваща окомплектация с:  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Ъглов ротор с 4 гнезда за 4x PCR стрипа (8 x 0.2 ml) | Ъглов ротор с 4 гнезда за 4x PCR стрипа (8 x 0.2 ml), Брошура микролитрови центрофуги стр.4 от български текст, стр.3 от английски текст |  |
| Захранване 220V/50Hz                                 | Захранване 230V/50Hz, Брошура микролитрови центрофуги стр.3 от български текст, стр.2 от английски текст                                 |  |

1. Декларираме, че доставената апаратура/оборудване е фабрично нова, неупотребявана.
2. Предлаганата апаратура ще бъдат доставена, монтирана, настроена и въведена в експлоатация.
3. Срок за доставка до 60 /шестдесет/ дни.
4. Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация 5 /пет/ дни.
5. Гаранционен срок: 12 /дванадесет/ месеца. Гаранционният срок включва труд, резервни части, транспорт на специалистите, профилактика, контрол на качеството съгласно инструкциите на производителя и всички разходи по гаранционната поддръжка.
6. Декларираме, че ще осигурим обучение на служителите, които ще работят със съответната апаратура.
7. При въвеждане в експлоатация на апаратурата ще предоставим Ръководства за експлоатация на английски език, придружено от официален превод на български език, на хартиен и електронен носител.

До подготовянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: 18.09.2018

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

инж. **Михаела Караманолова**  
Директор Медицинска апаратура и  
оборудване и пълномощник, съгласно  
пълномощно с Рег. № 1180/ 02.03.2018г.  
на Любка Сотирова – Нотариус с район  
на действие Р.С. София, рег. № 400 на  
Нотариалната камара